

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3

Sprzęt medyczny – wyposażenie gabinetu lekarskiego, pielęgniarskiego, zabiegowego, analizator składu masy ciała itp.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7]	Nazwa producenta	Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GABINET LEKARSKI								
1.	Kozetka – stół rehabilitacyjny: - Długość: 200 - 205 cm - Szerokość: 70 cm - Wysokość leża regulowana ręcznie w zakresie: 55-95 cm - Regulowany ręcznie zagłówek w zakresie kąta od 0° do 45°, - Dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg, - uchwyt na prześcieradło w rolce. - części metalowe malowane proszkowo, kolor biały, - tapicerka – kolor do uzgodnienia.	Szt.	3						
	GABINET ZABIEGOWY								
1.	Stanowisko - fotel do pobierania krwi: - Szerokość: 80-90 cm - Wysokość: 115-128 cm - 2 podłokietniki przestawne i zagłówek - Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia,	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> - Dopuszczalne obciążenie minimum 120 kg, - Części metalowe pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym, - Oparcie, siedzisko i podłokietnik obszyte materiałem zmywalnym, kolor do uzgodnienia 								
2.	Stolik zabiegowy: -3-półkowy - Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor biały, - Kółka z hamulcem. - Wysokość 80 – 85 cm - Głębokość 44 – 50 cm - Szerokość 60-65 cm	Szt.	1						
3.	Stojak do kroplówek: - Wykonany jest z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromowaną, - Wieszaki i górna część stojaka wykonana ze stali kwasoodpornej, - Podstawa stalowa pokryta lakierem proszkowym, kolor biały, - 5 kółek, - Cztery uchwyty do płynów infuzyjnych, - Dopuszczalne obciążenie każdego z wieszaków minimum 2 kg, - Regulowana wysokość w zakresie 200-220 cm, - Minimalna wysokość 150 cm. - Budowa teleskopowa umożliwiającą łatwą regulację	Szt.	2						
4.	Waga - analizator składu ciała Waga, analizator składu masy ciała, składający się z platformy ważącej oraz panelu sterowania wyświetlacza. Panel sterowania połączony elektrycznie z platformą (urządzenie bez postumentu). Wraz z urządzeniem należy dostarczyć torbę/ walizkę przenośną zabezpieczającą urządzenie przed uszkodzeniem w czasie przenoszenia. Urządzenie posiada: wbudowaną drukarkę, wyświetlacz LCD, gniazdo SD lub USB. Urządzenie przeznaczone do analizy składu ciała u dorosłych i dzieci.	Szt.	1						

	<p>Urządzenie umożliwia pomiar:</p> <ul style="list-style-type: none">– masy ciała w kg 10-260 kg(odczyt co 0,1 kg),– indeksu masy ciała w BMI,– ilości tkanki tłuszczowej w %,– masy tkanki tłuszczowej w kg,– masy tkanki beztłuszczowej w kg,– masy tkanki mięśniowej w kg,– całkowitej zawartości wody w organizmie w %,– minerałów kostnych w kg,– wskaźnika budowy ciała,– wskaźnika tkanki tłuszczowej trzewnej,– wskaźnika BMR (PPM) w kcal,– wskaźnika PPM,– wieku metabolicznego,– typu budowy ciała. <p>Urządzenie pozwala na wprowadzenie niżej wymienionych danych:</p> <ul style="list-style-type: none">– identyfikator i nazwę użytkownika,– data urodzenia pacjenta,– płeć pacjenta,– wzrost pacjenta od 95 cm do 240 cm (skala co 0,1 cm),– typ sylwetki. <p>Urządzenie umożliwia wydrukowanie na zintegrowanej drukarce niżej wymienionych danych:</p> <ul style="list-style-type: none">– analizy poziomu tłuszczu w organizmie,– wskaźnika masy mięśni,– wskaźnika BMR,– wskaźnika budowy ciała,– ustalone cele: masa ciała i tkanka tłuszczowa, <p>Urządzenie wyposażone w oprogramowanie pozwalające na sporządzanie analiz, wykresów, itp. oraz tworzenie bazy Danych na zewnętrznym komputerze stacjonarnym.</p>							
				Razem:				

Wymagania dotyczące sprzętu:

1. Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 lub 2018.

2. Tapicerka wykonana z tworzywa umożliwiającego mycie i dezynfekcję, odporna na działanie roztworów środków do dezynfekcji powierzchniowej.
3. Wyroby muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych.

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych.
2. Oświadczamy, że dostarczone urządzenia posiadać będą wymagany prawem wpis do rejestru wyrobów medycznych. Dokumenty te w tym zakresie zobowiązujemy się dostarczyć w przypadku wyboru naszej oferty na żądanie Zamawiającego lub w trakcie trwania zawartej umowy.

Cena oferty skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu i pakowania na czas transportu.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć/pieczętki*