

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego EEZ-01/15 – Dostawa leków.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Mając na uwadze, że Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 1, pozycja 340, 341, 342 nazwę własną pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z art. 29 ust. 3, mamy świadomość, że Zamawiający mógł umieścić nazwę sugerowanych wyrobów, jednakże brakuje nam zapisu o treści „lub równoważny”. W związku z tym prosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu pasków testowych równoważnych lub przewyższających swoimi parametrami sugerowane przez Zamawiającego, charakteryzujące się następującymi parametrami:

- * rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa,
- * paski pakowane po 50 sztuk,
- * glukometr skalibrowany do osocza,
- * ważność pasków testowych po otwarciu fiolki 50 szt. 6 miesięcy,
- * paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferującego min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;
- * zakres pomiarowy 20-600mg/dl,
- * temperatura przechowywania pasków min. 4°C – min. 40°C,
- * warunki pracy glukometru 10 °C - 40°C
- * pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
- * automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
- * zakres hematokrytu 20-60 %
- * czas pomiaru do 7 sekund
- * wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl
- * możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)
- * bateria litowa typ. CR2032 3V

“UZDROWISKO RYMANÓW”
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY
Stanisław Lechowicz

PREZES ZARZĄDU
dr Ksenia Olejnik

* przy wynikach większych i równych wartości 240 mg/dl pojawia się napis „ketone”, będący informacją i zarazem ostrzeżeniem dla personelu o możliwości wystąpienia u badanego pacjenta ciał ketonowych we krwi, taka informacja uruchamia dodatkowe procedury kontrolne, najpewniej badanie laboratoryjne, której jest bardziej miarodajne niż użycie pasków do badan ciał ketonowych a których to Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu

* zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta,

* ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania 6 miesięcy

* paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ

* paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pasków.

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełny serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

W pakiecie nr 1, poz. 340,341,342 zostały użyte nazwy własne pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi, ponieważ takie posiadamy glukometry na stanie. Nie zgadzamy się na dopuszczenie do udziału w przetargu pasków równoważnych.

Otrzymują:

1 x strona internetowa <http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/>

1 x a/a.

KIEROWNIK APTEKI

mgr farm. Aleksandra Pyrkó

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR EKONOMICZNY

Stanisław Lechowicz

PREZES ZARZĄDU

dr Iwona Olejnik

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
39-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840300790