

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy przetargu nieograniczonego EEZ-01/15 – Dostawa leków.

**Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień do SIWZ w postępowaniu EEZ-01/15 - "Dostawa leków".

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do udziału w prowadzonym postępowaniu w pakiecie numer 1 w pozycjach 340, 341 i 342 paski do glukometrów wykorzystywane bez zastrzeżeń w kilkudziesięciu szpitalach publicznych w Polsce, w tym również w szpitalach klinicznych, objęte refundacją Ministerstwa Zdrowia, jeżeli Wykonawca zobowiąże się, że do oferowanych przez siebie pasków dostarczy Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą pasków określoną ilość glukometrów kompatybilnych z oferowanymi paskami, których koszt będzie całkowicie wliczony w cenę oferowanych pasków i które posiadają następujące parametry:

1. aplikacja próbki pomiarowej na zasadzie kapilarnej z obszarem chłonnym paska testowego umieszczonym od czoła paska
2. brak konieczności kodowania glukometru
3. bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska po pomiarze
4. automatyczne włączenie się glukometru po wsunięciu paska testowego
5. zasilanie z ogólnodostępnych wymiennalnych baterii litowych 3V typu CR2032
6. spełniający warunki dokładności określone normą ISO 15197:2013
7. zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
8. jednostki pomiarowe do wyboru mg/dL i mmol/L
9. wielkość próbki krwi 1,0 mikrolitr
10. czas pomiaru 5 sekund
11. ilość pomiarów na jednej baterii - minimum 1000
12. pamięć wewnętrzna pomiarów – 512 wyników
13. wszystkie opakowania i instrukcje do glukometru i pasków w języku polskim
14. metoda pomiaru biosensoryczna

"UZDROWISKO RYMANÓW"  
Spółka Akcyjna  
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48  
Identyfikator 000872059  
NIP PL 6840000790

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR EKONOMICZNY

Stanisław Lechowicz

PREZES ZARZĄDU

dr Iwona Ciepiński

15. zastosowany enzym – oksydaza glukozy (GOD) nie reagujący z maltozą i galaktozą
16. możliwość alternatywnego miejsca nakłucia (dłoń)
17. temperatura przechowywania pasków 2-30°C
18. temperatura wykonania pomiaru 10-40°C
19. zakres hematokrytu 30-55%
20. kalibracja do osocza krwi
21. pomiar z krwi kapilarnej
22. brak kontaktu krwi z glukometrem
23. opakowania pasków po 50 szt., stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania
24. trwałość roztworu kontrolnego po otwarciu opakowania - 3 miesiące

W przypadku wyrażenia zgody na system pomiaru glukozy we krwi o powyższych parametrach dla jednej bądź większej ilości pozycji w pakiecie 1 (spośród pozycji numer 340, 341 i 342), prosimy o podanie ilości glukometrów, jakie wykonawca ma dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pasków do Zamawiającego do każdej z tych pozycji pakietu 1.

**Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:**


Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie I w pozycjach 340, 341 i 342 innych pasków do glukometrów.

Otrzymują:

1 x strona internetowa <http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/>

1 x a/a.

"UZDROWISKO RYMANÓW"  
Spółka Akcyjna  
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 42  
Identyfikator 000872059  
NIP PL 6840000790

KIEROWNIK APTEKI  
  
mgr farm. Aleksandra Pytko

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR EKONOMICZNY

Stanisław Lechobicz

PREZES ZARZĄDU

dr Ilwona Olejnik