

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego EEZ-01/16 – Dostawa leków.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Poniżej pytanie do przetargu nr EEZ_01_16 w Państwa placówce, pakiet nr 1 pozycje od 338-341:

„Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów równoważnych, bądź przewyższających swoimi parametrami wymienione w SIWZ, które charakteryzują się następującymi parametrami:

- * metoda pomiaru: biosensoryczna,
- * rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa lub krew żylna,
- * paski pakowane po 50 sztuk,
- * ważność pasków testowych po otwarciu fiolki 6 miesięcy,
- * paski oparte na działaniu enzymu GDH-FAD,
- * paski testowe z kapilarą do automatycznego zasysania krwi umieszczoną na szczycie paska, z funkcją detekcji zbyt małej próbki krwi,
- * zakres pomiarowy 20-600mg/dl,
- * pasek testowy współpracujący z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta),
- * automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów),
- * czas pomiaru 5 sekund,
- * wielkość próbki krwi 0,5 µl,
- * możliwość wykonania pomiaru z alternatywnych miejsc badania (AST),
- * zasilana dwoma bateriami AAA 1,5V,
- * ważność płynów kontrolnych po otwarciu opakowania 6 miesięcy,
- * paski będące na listach refundacyjnych NFZ i MZ,
- * paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania pasków testowych.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie powyżej opisanych pasków testowych, prosimy o podanie ilości glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które to glukometry będą zawarte w cenie pasków testowych.

Po wprowadzeniu nowych pasków testowych i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz pełen serwis uwzględniający płyny kontrolne w cenie pakietu przez cały czas trwania umowy.”

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

Dopuszczamy inne paski do glukometrów o ile wraz z pierwszą dostawą tych pasków zostaną dostarczone za darmo odpowiednie glukometry w ilości 16szt.



PREZES ZARZADU

Izabela Olejnik

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 4B
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790

Otrzymują:

1 x strona internetowa <http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/>

1 x a/a.