

Spółka Akcyjna w Rymanowie Zdroju	
Wpł. dnia	18.03.2019
L. dz. ....	Zat. ....
Podpis .....	

EEZ-01/01/19

Rymanów Zdrój 18.03.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego EEZ-01/19 – Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do budynku A 1 Szpitala Uzdrawiskowego Zimowit w Rymanowie Zdroju.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) prosimy o odpowiedź na następujące zapytanie do przetargu j/w.

Pytania:

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 1 Kozetka – stół rehabilitacyjny**

1. Czy Zamawiający dopuści kozetkę – stół rehabilitacyjny z regulacją wysokości stołu za pomocą korby ręcznej w zakresie 52 – 90 cm, parametr niewiele się różni od wymaganego w SIWZ?
2. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z podglówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej z regulacją kąta podglówka -40° do 70°?
3. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o długości 195 cm?
4. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z ręczną regulacją wysokości w zakresie 45 – 95 cm?
5. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z zagłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej od – 80 do + 45 stopni?
6. Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o konstrukcji w kolorze szarym RAL 7035?

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 2 Fotel do pobierania krwi**

1. Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi o wysokości 112-128 cm, parametr nieznacznie różni się od wymaganego w SIWZ?
2. Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi, w którym oparcie, siedzisko, podłokietniki oraz zagłówek są obszyte?

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 3 Stojak do kroplówki**

1. Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówki z wysokością min 1500 mm, max 2000 mm spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 1 Kozetka – stół rehabilitacyjny**

Ad.1

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.2

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.3

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.4

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.5

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.6

Nie, Zamawiający wymaga, aby konstrukcja pomalowana była w kolorze białym.

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 2 Fotel do pobierania krwi**

Ad.1

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

Ad.2


Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

**Dotyczy formularza asortymentowo – cenowy – część nr 3 poz. 3 Stojak do kroplówki**

Ad.1

Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

UZDROWISKO RYMANÓW  
Spółka Akcyjna  
ul. Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48  
Krajowy Rejestr Sądowy 000872059  
NIP: 5840000790



Otrzymują:

1 x strona internetowa <http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/>

1 x aa.



PREZES ZARZĄDU  
dr Antoni Dziejak