



EEZ 03/02/19

Rymanów-Zdrój 7.06.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do budynków „Zimowit”, „Opatrzność” „Gołąbek” i „Eskulap” w Rymanowie Zdroju, znak sprawy EEZ - 02/19**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie nr 1, dotyczy:

**CZEŚĆ NR 2,
SANATORIUM UZDROWISKOWE „GOŁĄBEK”
poz. 1 - Kozetka – stół rehabilitacyjny:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które różni się następującymi parametrami technicznymi:

- szerokość: 66 cm
- wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie: 44 – 101 cm
- regulowany zagłówek w zakresie kąta: -85/+45
- dopuszczalne obciążenie maksymalne: 150 kg?

Pytanie nr 2, dotyczy:

**CZEŚĆ NR 2,
SANATORIUM UZDROWISKOWE „GOŁĄBEK”
Poz. 4 - Kozetka – stół rehabilitacyjny:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które różni się następującymi parametrami technicznymi:

- szerokość: 66 cm
- wysokość leża regulowana elektrycznie w zakresie: 44 – 101 cm
- regulowany zagłówek w zakresie kąta: -85/+45
- dopuszczalne obciążenie maksymalne: 150 kg?

Pytanie nr 3, dotyczy:

**CZEŚĆ NR 2,
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY „ZIMOWIT”
Poz. 19 - Leżanka:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które różni się następującymi parametrami technicznymi:



- Długość: 187
- Szerokość: 60 - 70 cm
- Wysokość: 60 cm
- Regulowany ręcznie zagłówek w zakresie kąta od 0° do +35°?

Pytanie nr 4, dotyczy:

**CZĘŚĆ NR 2,
ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY „ZIMOWIT”**

Poz. 11 - Aparat do elektroterapii:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach technicznych:

Aparat do elektroterapii z dwoma całkowicie niezależnymi obwodami
Bank gotowych programów terapeutycznych oraz możliwość tworzenia własnych
Duży czytelny wyświetlacz.
Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym
Elektroterapia prądami (18 rodzajów): <ul style="list-style-type: none">• Interferencyjny premodulowany: 0-70 mA• Interferencyjny czteropolowy: 0-70 mA• Prądy KOTZ: 0-70 mA• TENS bipolarny: 0-100 mA• Wysokonapięciowy: 0-500V• Mikroprądy: 0-1000 μs• TENS unipolarny: 0-110 mA• TENS bipolarny symetryczny: 0-80 mA• TENS bipolarny asymetryczny: 0-110 mA• TENS bipolarny interwałowy: 0-100 mA• Prądy diadynamiczne: 0-80 mA• Impulsy prostokątne unipolarne: 0-80 mA• Impulsy trójkątne unipolarne: 0-80 mA• Prąd galwaniczny ciągły: 0-80 mA



<ul style="list-style-type: none">• Prąd galwaniczny przerywany: 0-80 mA• Traebert: 0-80 mA• Impulsy prostokątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA• Impulsy trójkątne unipolarne interwałowe: 0-80 mA
Możliwość wprowadzenia różnych parametrów terapeutycznych dla poszczególnych kanałów oraz niezależne zegary dla każdego z obwodów aparatu
Możliwość modulacji amplitudy w następujących opcjach: <ul style="list-style-type: none">• udarowej• posuwisto-zwrotnej• wektorowej
Zegar zabiegowy (1-60 min)
Regulacja natężenia prądu
Zakres wskazań prądu: 0-99 mA
Zasilanie: 220-230V/50Hz
Możliwość zasilania bateryjnego
Możliwość współpracy z aplikatorem do laseroterapii
stolik pod aparat z systemem jezdnym, komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody silikonowo-węglowe 4 szt., pasy na rzep do mocowania elektrod 4 szt., podkłady pod elektrody 4 szt.)

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 2 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad 3 Zamawiający **dopuszcza**.

Ad 4 Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Otrzymują:

1x strona internetowa <http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/>

PREZES ZARZĄDU
dr Iwona Olejnik

1x aa

"UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
39-481 Rymanów Zdrój ul. Źrójowa 4A
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790