

EEZ-02/05/20

Rymanów Zdrój 17.09.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego – Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do budynków „Anna” i ”Fizykoterapii” w Rymanowie Zdroju, znak sprawy EEZ - 05/20**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści.

Pytanie do w/w postępowania zadanie pozycja 10 część 1

Prosimy o podanie wymiarów szerokość, głębokość i wysokość zamawianego basenu. Czy drzwi mają być skrzydłowe czy suwane?

**Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi.**

Ad. 1 Szerokość i głębokość basenu została określona w formularzu asortymentowo – cenowym dotyczącym części 1 w poz. 10; tj. 70 cm x 70 cm(+ - 10 cm). Wysokość basenu należy dobrać z uwzględnieniem wymaganej przez Zamawiającego głębokości komory tj. min. 40 cm. Zamawiający wymaga wykonania drzwi suwanych w obudowie z jednej strony.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Otrzymują:

1 x strona internetowa <https://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-dostawy/>

1 x aa

UZDROWISKO RYMANÓW  
Spółka Akcyjna  
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrójowa-48  
Identyfikator 000872059  
REGON 1440000700

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Trzaska

dr Wiona Olej