



EEZ-01/03/20

Rymanów Zdrój 20.04.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego EEZ-03/20 – „Dostawa wyposażenia z przeznaczeniem do Budynku A 1 Szpitala Uzdrowskiego Zimowit w Rymanowie Zdroju. **Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:**

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści w tabeli Szafa chłodnicza na leki – 1 szt. urządzenie o wymiarach zewnętrznych wysokość 65-85 cm, szerokość 40-60 cm, głębokość 55-60 cm?

Pytanie 2 – Czy Zamawiający wymaga, aby w tabeli Lodówka na leki – 1 szt. dostarczone urządzenie wyposażone było w funkcję regulacji temperatury wewnętrznej w zakresie +2 do +8oC? Informujemy, dla urządzeń chłodniczych do przechowywania leków wymagana jest taka funkcja.

Pytanie 3 – Proszę o określenie, czy Zamawiający określając wymiary ma na myśli wymiar urządzeń wewnętrzny, czy zewnętrzny?

Pytanie 4 – Parametr „Klasa efektywności energetycznej min. A+” jest stosowany w sprzęcie gospodarstwa domowego. Czy można ten punkt anulować lub zamienić na zużycie dobowe energii w kWh/24h z podaniem maksymalnej wartości?

Jednocześnie prosimy o udostępnienie na stronie internetowej załączników do przedmiotowego postępowania w formie edytowalnej.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi.

Ad1 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad2 Zamawiający wyraża zgodę.

Ad3 Zamawiający określając wymiary urządzeń miał na myśli wymiary zewnętrzne.

Ad4 Zamawiający dokonuje korekty w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 5 do SIWZ - tabeli parametrów technicznych cz. I, polegającej na zmianie wymagań w zakresie efektywności energetycznej urządzeń. Właściwe wymagania w tym zakresie zostały wpisane do zmienionej wersji załącznika nr 5 do SIWZ –tabela parametrów technicznych cz. I. Pierwotnie zamieszczony załącznik jest nieaktualny.

Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

UZDROWISKO RYMANÓW
Spółka Akcyjna
38-401 Rymanów Zdrój ul. Zimowa 48
Kontakt: 010672059
01000790

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Trzaska

Otrzymują:

1 x strona internetowa <http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/przetargi/>

1 x aa.